Leitwert-Meter EC-1382
 Beigesteuert von Aspi
Mittwoch, 7. November 2007
Dieses Gerät ist bei mir seit nun fast einem Jahr im Einsatz. Ich benutze den Leitwertmeter EC-1382 sehr oft. Hier meine
Erfahrungen damit.
Der Leitwertmeter EC-1382 funktioniert bei mir seit 1 Jahr ohne die geringsten Probleme. Das Gerät misst sehr genau.
Nach meinen Kontrollen sogar deutlich genauer als durch den Hersteller spezifiziert. (+-2%) Während 1 Jahr musste ich
noch nie die Batterien wechseln. Das Gerät hat einen Sturz ins Wasser überlebt.
Vor 1 Jahr habe ich das Gerät kalibriert. Letzte Woche habe ich mit frischer Leitwert- Kalibrierungsflüssigkeit 1413µS
kontrolliert und 1415µS gemessen.
Die ATC-Funktion (automatische Temperatur Kompensation) funktioniert einwandfrei. Ich hab den Leitwertmeter stehend
in der 25°C warmen kalibrierungsflüssigkeit in den Kühlschrank gestellt. Als die Lösung bei 10°C war zeigte der EC-1382
immer noch einen sehr guten Messwert von 1403µS.
 Fazit: Ich kann den EC-1382 mit gutem Gewissen empfehlen. Ein tolles Gerät.
Aspi\'s Wasserchemie
http://www.wasserchemie.ch
Powered by Joomla!
Generiert: 7 September, 2010, 02:48